

<b>NUMERO assegnato*</b>	<b>030015310007</b>
--------------------------	---------------------

**ALLEGATO B**

<b>DITTA/ENTE</b>	<b>LABA SRL</b>
-------------------	-----------------

<b>SEDE LABORATORIO</b>	<b>Via per Cuggiono 6 BUSCATE (MI)</b>
-------------------------	--

<b>Materiale/prodotto/Matrice</b>	<b>"Misurando /Proprietà misurata / Denominazione della prova"</b>	<b>Metodo di prova ed anno di emissione</b>	<b>Accreditata (S; N; IN CORSO)</b>
Acque destinate al consumo umano	<b>pH/pH</b>	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Sì
Acque destinate al consumo umano	<b>Conducibilità</b>	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Sì
Acque destinate al consumo umano	<b>Richiesta chimica di ossigeno (COD)</b>	ISO 15705:2002	Sì
Acque destinate al consumo umano	<b>Anioni: Azoto nitrico, Cloruri, Fluoruri, Nitrati, Solfati</b>	UNI EN ISO 10304-1:2009	Sì
Acque destinate al consumo umano	<b>Antimonio, Arsenico, Bario, Cadmio, Cromo, Molibdeno, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco</b>	EN ISO 17294-2:2023	Sì

(\*) Assegnato dalla Regione alla prima iscrizione